



2009100308S

报告编号: Q20110036

江苏省常州药品检验所 检 验 报 告




检品名称: 医用透明质酸钠凝胶
供样单位: 常州药物研究所有限公司
检验目的: 委托检验
授权签字人: 
签发日期: 2011-07-22



江苏省常州药品检验所

检 验 报 告 书



报告书编号: Q20110036

第 1 页, 共 1 页

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-------|-------------|
| 检品名称 | 医用透明质酸钠凝胶 | | | 规 格 | 2.5ml: 25mg |
| 批 号 | 20110610 | | | 包 装 | 透析袋 |
| 生产单位或产地 | 常州药物研究所有限公司 | | | 有 效 期 | 2013.6.9 |
| 供样单位 | 常州药物研究所有限公司 | | | 检品数量 | 28 支 |
| 检验目的 | 委托检验 | | | 收检日期 | 07/13/2011 |
| 检验项目 | 部分检验 | | | 报告日期 | 07/22/2011 |
| 检验依据 | YY0308-2004 | | | | |
| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | | | |
| 外观 | 应为无色、透明粘稠状液， 无任何肉眼可见的异物 | 无色、透明粘稠状液， 无任何肉眼可见的异物 | | | |
| 透光率 | 应不小于 99.0% | 100.2% | | | |
| pH 值 | 应为 6.8~7.5 | 7.0 | | | |
| 渗透压 | 应为 270mOsmol/kg~350 mOsmol/kg | 314 mOsmol/kg | | | |
| 紫外吸收 | 在 280 和 263nm 波长处的吸光度不得过 1.0 | 符合规定 | | | |
| 细菌内毒素 | 每 1mg 应小于 0.50EU | 符合规定 | | | |
| 结论: 本品按 YY0308-2004 检验上述项目, 结果符合规定。 | | | | | |
| ---以下空白--- | | | | | |

